

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej:

GABRIELA GARDUŁA STOMATOLOGIA PARK LEŚNY

30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 28/50

REGON: 384649616 NIP: 6772447589

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / tekst jedn. Dz. U. z 2026r. poz. 1 z póź.zm / zgodnie z art. 32c pkt.2

- Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: - stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych:
 - a) Aparat RTG będący na wyposażeniu:

a.	Model aparatu rtg	CS 2100
b.	Numer fabryczny aparatu rtg	KEXQ091
c.	model lampy RTG:	TROPHY TRX 708
d.	Numer fabryczny lampy RTG	222386
e.	Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg)	Carestream Dental LLC
f.	Rok produkcji	05.2022

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 27.12.2022 decyzja 2/161/2022 pismo NR.9026.1.183.2022

Zezwolenie na Pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 27.12.2022 decyzja 1/149/2022 pismo NR.9026.1.183.2022

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy indywidualnych -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.1 mGy

- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.

Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

 - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
 - pracownicy: 0,5 mSv/rok;
 - ogół ludności : 0,1 mSv/rok.

WNIOSKI:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.